

明石市 妊娠を希望する女性等への風しん予防接種推奨基準

(国立感染症研究所資料より抜粋)

検査方法	測定キット名 (製造販売元)	予防接種を 推奨する抗体価 (単位等)
H I 法	風疹ウイルスH I 試薬「生研」 (デンカ生研(株))	16 倍以下 (希釈倍率)
	R-H I 「生研」 (デンカ生研(株))	
L T I 法	ランピア ラテックス RUBELLA (極東製薬工業(株))	30 未満 (国際単位 IU/mL)
	ランピア ラテックス RUBELLA II (極東製薬工業(株))	35 未満 (国際単位 IU/mL)
E I A 法	ウイルス抗体E I A 「生研」ルベラ 1 g G (デンカ生研(株))	8.0 未満 (EIA 価)
	エンザイグノストB風疹/ 1 g G (シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス(株))	30 未満 (国際単位 IU/mL)
E L F A 法	バイダス アッセイキット RUB 1 g G (シスメックス・ビオメリユール(株))	45 未満 (国際単位 IU/mL)
C L E I A 法	アクセス ルベラ 1 g G (バックマン・コールター(株))	45 未満 (国際単位 IU/mL)
	i-アッセイCL風疹 1 g G (株保健科学西日本)	14 未満 (抗体価)
F I A 法	B i o P l e x M M R V 1 g G (バイオ・ラッド ラボラトリーズ(株))	3.0 未満 (抗体価A I ※)
	B i o P l e x T o R C 1 g G (バイオ・ラッド ラボラトリーズ(株))	30 未満 (国際単位 IU/mL)
C L I A 法	R u b e l l a-Gアボット (アボットジャパン(株))	25 未満 (国際単位 IU/mL)

※製造企業が独自に調整した抗体価単位